

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ประเภทการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ทันตสถานหญิงธนบุรี

ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและคอมไฟ จำนวน ๑ เครื่อง

เกณฑ์ราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ


เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ราคา ๖๕,๐๐๐.- บาท

คุณสมบัติทั่วไป


๑. ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

๒. ประกอบด้วยเครื่องดูดน้ำลาย คอมไฟสองปาก เก้าอี้สนามและเก้าอี้ผู้ปฏิบัติการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางกิตติมา พินทุเมสินทร์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวพฐ ศรีปรางค์สุข)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวสายชล คงสง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาววราภรณ์ กล้าคง)

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวทรงศนีย์ เวชการ)

[illegible]

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเขป
3.15 เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน 3.16 ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมเก้าอี้สนามและโคมไฟ	8) อุปกรณ์ประกอบ (1) เก้าอี้ทันตแพทย์ จำนวน 1 ตัว มีล้อเลื่อนและปรับความสูง-ต่ำได้ด้วยระบบ Pneumatic และมี Lumbar Support (2) เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 ตัว มีล้อเลื่อนและปรับระดับความสูง-ต่ำได้ ด้วยระบบ Pneumatic มี Lumbar Support และที่พักเท้า (3) ด้ามกรอเร็วแบบที่ใช้สำหรับการผ่าตัดฟันคุด ไม่มีสเปร์ยลมออกจากด้ามกรอสู่บริเวณปฏิบัติงาน นั่งฆ่าเชื้อโรคได้โดยทนความร้อนได้ถึง 135 องศาเซลเซียส (4) Automatic Voltage Stabilizer ขนาดไม่น้อยกว่า 5 kVA ใช้ควบคุมยูนิตทำฟันทุกระบบที่ใช้ไฟฟ้าโดยใช้ได้กับแรงดันกระแสไฟฟ้าสลับในช่วง 180-260 โวลต์ และแรงดันไฟฟ้าที่ปรับแล้วจะต้องไม่เกิน $\pm 5\%$ 1) เป็นระบบ Solid State 2) ความเร็วของการสั่นสม่ำเสมอ 3) ความเร็วของการสั่นไม่ต่ำกว่า 4,000 รอบต่อนาที 4) มีหน้าปัดบอกเวลาทำงานของเครื่องพร้อมที่ตั้งเวลาทำงานแบบอัตโนมัติ 5) มีแคปซูลพร้อมลูกปืน จำนวน 2 ชุด 6) มีสวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง 7) มีระบบป้องกันโอเวอร์โหลด 8) มีระบบกันสะเทือนของชุดปั่นผสมสารอุดฟัน 9) ขณะเครื่องทำงาน ตัวเครื่องต้องไม่เคลื่อนที่ ก. คุณสมบัติทั่วไป 1) ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ 2) ประกอบด้วยเครื่องดูดน้ำลาย โคมไฟสองปาก เก้าอี้สนาม และเก้าอี้ผู้ปฏิบัติการ